

Aclaración (3) al pliego de condiciones

Adquisición de un ecógrafo nuevo según ANEXO II

Con relación a lo solicitado en el anexo II de la licitación abreviada 4/2021 solicitamos las siguientes aclaraciones y modificaciones del mismo.

- 1) Se solicita: Posibilidad de tener 4D con cortes de vista tomográfica, luz direccionable y medición automática de volúmenes.

Solicitamos se acepten equipos 2D y se encuentren en desarrollo de la aplicación de 3D/4D

- 2) Se solicita: Detalles del método ofrecido, además el equipo debe permitir trabajo con el dato crudo de las imágenes obtenidas. Se debe poder efectuar mediciones y anotaciones, así como parámetros de ganancia u optimizaciones debidas al software, sobre las imágenes almacenadas en el disco rígido del sistema

Solicitamos modificar este punto y se acepten equipos que realicen modificaciones de post procesamiento en tiempo real.

- 3) Se solicita posibilidad de adquirir imágenes trapezoidales y panorámicas.

Solicitamos se acepten equipos que no incluyan imagen panorámica

- 1- Se aceptarán
- 2- Se aceptan equipos que realicen modificaciones post procesamiento en tiempo real
- 3- Se acepta poder adquirir imágenes panorámicas y trapezoides