

ESPECIFICACIONES - COMPRA N°106478

OBJETO

La Intendencia de Paysandú llama a interesados a suministrar **Probador de espesor de recubrimiento (micrómetro) (cantidad: 1)**.

Lo ofrecido deberá ajustarse a las siguientes características:

ESPECIFICACIONES

Probador de espesor de recubrimiento (micrómetro):

- Portátil, para mediciones no invasivas de espesor de revestimiento.
- Reconocimiento automático del sustrato.
- Inducción magnética para sustratos ferrosos.
- Medida de la corriente de Foucault para sustratos no ferrosos.
- Dos modos de medición: individual y continuo.
- Dos modos de trabajo: directo y de grupo.
- Batería de larga duración (4 horas)
- Rango: 0 a 1250 micrómetros
- Presición $\pm 3\%$
- Memoria de al menos 400 lecturas en total.
- Min/Máx/ Promedio, calibración de uno o dos grupos.

Cantidad: 1 unidad

Se tendrá en cuenta el plazo de entrega a la hora de la adjudicación.

Es de carácter obligatorio presentar marca, ficha técnica y muestra del producto ofertado, queda a exclusivo criterio de la IDP tomar o no en cuenta las ofertas que no cumplan este requerimiento.-

Para la elección se tendrá en cuenta la calidad, plazo de entrega y precio de las ofertas.

Consultas: Unidad Técnica de Proyectos. Tel: 472 26220 int 2192.-