



Comisión de Apoyo  
del Hospital Maciel  
C.O.A. Persona Jurídica

ASSE



HOSPITAL  
MACIEL

## LICITACIÓN CENTRO HEMODIÁLISIS HOSPITAL MACIEL

### CONSULTAS

**C1** ¿Es posible otorgar prórroga dado la cantidad de asesores que deben estudiar el proyecto?

**R.** Se accede a lo solicitado. Prorrogándose, por única vez, la fecha de apertura el martes 4 de octubre a la hora 10.

-----

**C2** ¿Es posible cortar la calle en el momento de la demolición? O el hospital necesita del acceso por Washington de manera indispensable? Se consulta porque el espacio para maniobra de maquinaria es bastante reducido.

**R.** Con un aviso previo de la empresa constructora, con un plazo de 24 horas hábiles al Hospital, se puede prescindir del estacionamiento frente a la puerta de Washington. Se harán gestiones ante la IMM para el retiro transitorio de algunos bancos.

-----

**C3** ¿En cuanto al local contiguo para obradores y servicios de salud de operarios, entre otros, se utilizará el agua y la luz de ese local o se deberán solicitar los provisorios a OSE y UTE.

**R.** Se deberán solicitar los provisorios de OSE y UTE.

-----

**C4** En visita se indicó que no debe modificarse el rubrado pero si se pueden agregar rubros, consulta: el rubro "ejemplo" lo podemos retirar de la planilla?, que criterio tomamos con los rubros que debamos agregar?

**R.** El rubro ejemplo, se debe retirar de la planilla. Si el oferente entiende que debe agregar un rubro, debe insertar una fila en la planilla donde corresponda incluirlo. A efectos de su identificación, resaltar el contenido de la fila insertada en **negrita**

-----

**C5.** Solicitamos la memoria de sanitaria, la cual no estaríamos encontrando dentro de los recaudos brindados y a la vez solicitarles la posibilidad de prorrogar

la presentación de oferta con el fin de brindarle un mayor margen de tiempo a nuestros subcontratos a poder estudiar correctamente la propuesta.

R. Se adjunta memoria de sanitaria. Ver pregunta 1.

-----

**C6** Cortina de enrollar

¿La cortina lleva puerta de emergencia?

¿Debe ser automatizada?

En caso afirmativo. ¿Lleva batería de emergencia ante corte de energía?

R. No lleva puerta de emergencia. Es automatizada y lleva batería.

-----

**C7.** Solicitamos si pueden enviar estudio de suelo. Hay presencia de roca? Hay presencia de napa? Hay algún aljibe o pozo a considerar?

R, Se adjunta estudio de suelos. No hay pozo a considerar

-----

**C8.** En sanitaria no vemos indicado abastecimiento de agua para diálisis, es correcto cotizar así. ?

R Es correcto no cotizar los equipos.

---


**C9** Se pueden agregar ítems al rubrado. No encontramos el ítem Hormigón escaleras por ejemplo.

R. Ver pregunta 4

-----

**C10** En la visita se dijo que todo el estacionamiento del padrón de al lado será de uso exclusivo del contratista para obrador, oficinas y acceso a obra. Esto difiere con la memoria. A su vez se dijo quedara libre para circular la calzada por la vereda de enfrente pudiéndose vallar y prever una pasarela peatonal. Solicitamos confirmen esto es correcto

**R** Ver pregunta 2.



Lic. Joaquín Serra  
Administrador  
HOSPITAL MACIEL - ASSE