



HOSPITAL DE CLINICAS

"DR. MANUEL QUINTELA"
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE MEDICINA
Montevideo – Uruguay

Montevideo, 2 de enero de 2023.-.

El Departamento de Importaciones del Hospital de Clínicas, ha recibido una consulta en referencia a la Licitación Abreviada N° 21/23 "2 LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS PARA MATERIAL QUIRÚRGICO , SECTOR AUTOCLAVES DEL HTAL DE CLÍNICAS".

Habiéndose consultado al Servicio interesado, se deja constancia de dicha pregunta y su respectiva respuesta.

PREGUNTAS:

En especificaciones técnicas dice:

*"Cámara con capacidad hasta 10 bandejas mínimo del tipo DIN1/1
Favor aclarar si es hasta 10 bandejas o mínimo 10 bandejas*

RESPUESTA:

Minimo 10 bandejas

PREGUNTAS:

Si bien aclaran que las lavadoras se instalarán en basamento, solicitamos poder realizar una visita al lugar de instalación para prevenir problemas de traslado, instalación y espacio físico donde serán instaladas.

RESPUESTA:

**Puede visitarse el lugar el próximo martes 3 de enero a la hora 10.30.
Presentarse a esa hora en piso 6 - Mantenimiento**

PREGUNTAS:

En Pliego Particular ITEM 16.6 “Si correspondiera, el adjudicatario deberá hacerse cargo de la disposición final del o los equipos a ser dados de baja con el ingreso del nuevo equipo adjudicado en el presente procedimiento. El costo de desinstalación, traslado y disposición final serán de cargo del adjudicatario”

Solicitamos nos informen si corresponde retiro de equipos dados de baja.

RESPUESTA:

No hay equipos que se deban retirar