



uca

Unidad Centralizada de Adquisiciones
Ministerio de Economía y Finanzas



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Montevideo, 21 de diciembre de 2016

Comunicado N° 1

Llamado N° 25/2016 "Suministro de Materiales para uso Médico Quirúrgico"

Visto las notas presentadas por distintas firmas solicitando prorroga de la apertura del Llamado, se comunica que se mantiene la fecha de la apertura para el día jueves 29 de diciembre de 2016, en igual horario y sede.

Consultas realizadas por los eventuales oferentes

En función de las notas recibidas y consultada la Comisión Asesora Técnica, se efectúan las siguientes aclaraciones y modificaciones:

1. Unión Disprofarma S.A

Consulta:

Ítem N° 466 Recipiente descartador de material corto punzante, plástico de paredes rígidas con tapa de bioseguridad, logo y color identificador de riesgo biológico capacidad aprox..Lt: .7 con soporte.

La consulta es sobre el soporte, ya que éste no es descartable, es un soporte metálico que se fija a la pared, no siendo necesario tener uno por cada descartador.

En el caso de que sea como lo solicitan, encarecería el costo del producto sin ser necesario. La firma considera que para este caso lo conveniente es cotizar por ejemplo, un soporte por cada 20 descartadores, o bien les indiquen otra forma en que se pueda cotizar.

Respuesta:

Se modifica la descripción del ítem N° 466 por la siguiente: "RECIPIENTE DESCARTADOR DE MATERIAL CORTO- PUNZANTE, PLÁSTICO DE PAREDES RÍGIDAS CON TAPA DE BIOSEGURIDAD, LOGO Y COLOR IDENTIFICATORIO DE RIESGO BIOLÓGICO CAPACIDAD APROX. LT: 7"

Consulta:

Ítems N° 124 Bolsa nylon para residuos negra CM X CM: 80 X 70, MIC: 40" y 129 "Bolsa – nylon para residuos negra CMXCM: 120 X 80, MIC: 40

La firma consulta por el tema del micronaje, siendo 40 mic. muy poco para las medidas que solicitan, por lo general se hacen de 60 micrones o más. ¿Presentan en ambas opciones o solamente las que solicitan?

Respuesta:

Se mantiene la descripción, ratificando la solicitud de 40 MIC.

Consulta:

Ítem N° 312 la consulta se corresponde con el ítem N° 321- Gasa no menor a 16 hilos ancho MT: entre 0.90-1.10

Solicitan sea tenido en cuenta el peso de la manta de gasa aparte del hilaje, esto permitiría el control más sencillo en las entregas de dicho material y aseguraría el hilaje correcto.

La ventaja para los Centros de Salud es que cuanto más pesa la manta más hilaje tiene, así de esa manera será más sencillo detectar si la gasa está siendo entregada en forma correcta según lo solicita el Llamado.

La firma queda a las órdenes para enviar alguna muestra del material referido a fin de comprobar el peso y la cantidad de hilos que brindan.

En nota presenta peso de la gasa según sus estudios.

Respuesta:

Se acepta la sugerencia presentada por la firma Unión Disprofarma S.A., por lo que cuando la Comisión Asesora Técnica solicite la manta (muestra) en el FORM.COMP.117 Formulario de identificación de muestras, se deberán indicar los siguientes datos: peso (kg.) de la manta, cantidad de hilos y las medidas de la misma.

2. Aler S.A

Consulta:

Nº Ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
1	Enfermería	Absorbente autoadhesivo femenino para incontinencia urinaria	Absorbente	5.200	*¿Son 5.200 unidades de absorbentes? *¿Medidas de cada absorbente?

Respuesta:

La demanda corresponde a 5.200 unidades (absorbentes). Puede presentar diferentes opciones de medidas, modelos y composición.

Consulta:

Nº Ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
2	Enfermería	Absorbente autoadhesivo masculino para incontinencia urinaria	Absorbente	5.100	*¿Son 5.100 unidades de absorbentes? *¿Medidas de cada absorbente?

Respuesta:

La demanda corresponde a 5.100 unidades (absorbentes). Puede presentar diferentes opciones de medidas, modelos y composición.

Consulta:

Nº Ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
39	Enfermería	Algodón hidrófilo en manta 4 kg	Manta	77.478	*son 77.478 mantas de 4 kg, es decir, 309.912 kg o son 77.478 kg. anuales

Respuesta:

La cantidad demandada corresponde a 77.478 mantas de cuatro kilos cada una, estimadas para el consumo de dos años.

Consulta:

Nº ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
109	Enfermería	Baja lengua de madera	Baja lengua	724.200	*se puede especificar medida ancho x largo

Respuesta:

Los oferentes pueden presentar diferentes opciones de medidas.

Consulta:

Nº ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
110	Enfermería	Baja lengua de plástico	Baja lengua	816.200	*se puede especificar medida ancho x largo

Respuesta:

Los oferentes pueden presentar diferentes opciones de medidas

Consulta:

Nº ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
316	Enfermería	Gasa esterilizada doblada cmxcm: 10x10- presentación paquetes por 10 Us.	Paquete	703.720	*en factores de evaluación del pliego B en el ítem 316 dice gasa esterilizada cm x cm 5x5 se debe partir..... Es de 5 x 5 o de 10x10? Aclarar de qué medida de gasa se debe partir si es de 5 o si es de 10

Respuesta:

Se rectifica la descripción del ítem por: "GASA ESTERILIZADA DOBLADA CM X CM: 9 X 9 +/- 1 cm -PRESENTACIÓN PAQUETE 10 UNIDADES".

En el punto 10 "Factores de evaluación" del Pliego de Condiciones Particulares Documento B, se modifica la descripción referida al ítem N° 316 la que queda de la siguiente forma: "**ítem 316** GASA ESTERILIZADA DOBLADA CM X CM: 9 X 9 +/-1 CM. - PRESENTACIÓN PAQUETE 10 UNIDADES, se parte de una medida medida inicial de CM x CM 35 x 35 para llegar a un producto final de CM x CM 9 x 9 +/- 1".

Consulta:

Nº ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
321	Enfermería	Gasa no menor a 16 hilos ancho mt.: entre 0.90-1.10	Manta	4.834.310	*Creer que hay error en digitación ¿la gasa debe ser no menor a 18 hilos? *¿La manta debe ser de 100 mts. de largo? *¿La cantidad demandada solicitada es en metros o en mantas? *¿Se permite cotizar mantas de gasa ancho 1.20?

Respuesta:

Se ratifica la descripción del ítem Gasa no menor a 16 hilos ancho entre 0.90 -1.10 mt. La cantidad demanda esta expresada en unidad "manta" no en metros. Largo no menor a 100 mts.

Se modifica la cantidad demandada la que pasa a ser de 42.990 mantas para el período de dos años.

Consulta:

Nº ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
391	Enfermería	Malla tubular algodón uso brazo	Rollo	3.248	*favor indicar medidas ancho y largo del rollo

Respuesta:

Los oferentes deberán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado: uso brazo.

Consulta:

Nº ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
392	Enfermería	Malla tubular algodón uso muslo	Rollo	1.204	*favor indicar medidas ancho y largo del rollo

Respuesta:

Los oferentes deberán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado: uso muslo.

Consulta:

N° ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
393	Enfermería	Malla tubular algodón uso pierna	Rollo	1.640	*favor indicar medidas ancho y largo del rollo

Respuesta:

Los oferentes deberán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado: uso pierna.

Consulta:

N° ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
394	Enfermería	Malla tubular algodón uso tórax	Rollo	1.604	*favor indicar medidas ancho y largo del rollo

Respuesta:

Los oferentes deberán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado: uso tórax

Consulta:

N° ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
395	Enfermería	Malla tubular elástica tipo red 0	Rollo	80	*favor indicar medidas ancho y largo del rollo

Respuesta:

Los oferentes deberán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado.

Consulta:

N° ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
396	Enfermería	Malla tubular elástica tipo red 1	Rollo	498	*favor indicar medidas ancho y largo del rollo

Respuesta:

Los oferentes deberán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado.

Consulta:

Nº ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
397	Enfermería	Malla tubular elástica tipo red 2	Rollo	2.872	*favor indicar medidas ancho y largo del rollo

Respuesta:

Los oferentes deberán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado.

Consulta:

Nº ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
398	Enfermería	Malla tubular elástica tipo red 3	Rollo	5.568	*favor indicar medidas ancho y largo del rollo

Respuesta:

Los oferentes deberán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado

Consulta:

Nº ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
399	Enfermería	Malla tubular elástica tipo red 4	Rollo	28.812	*favor indicar medidas ancho y largo del rollo

Respuesta:

Los oferentes deberán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado.

Consulta:

Nº ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
400	Enfermería	Malla tubular elástica tipo red 5	Rollo	6.668	*favor indicar medidas ancho y largo del rollo

Respuesta:

Los oferentes deberán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado.

Consulta:

Nº ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
401	Enfermería	Malla tubular elástica tipo red 6	Rollo	24.764	*favor indicar medidas ancho y largo del rollo

Respuesta:

Los oferentes deberán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado.

Consulta:

N° ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
402	Enfermería	Malla tubular elástica tipo red 7	rollo	1.408	*favor indicar medidas ancho y largo del rollo

Respuesta:

Los oferentes deberán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado.

Consulta:

N° ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
403	Enfermería	Malla tubular elástica tipo red 8	Rollo	828	*favor indicar medidas ancho y largo del rollo

Respuesta:

Los oferentes deberán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado.

Consulta:

N° ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
404	Enfermería	Malla tubular elástica tipo red 9	Rollo	556	*favor indicar medidas ancho y largo del rollo

Respuesta:

Los oferentes deberán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado.

Consulta:

N° ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
458	Enfermería	Protector descartable para cama absorbente, impermeable en una de sus caras cm x cm: 65 x 80 (+/- 1)	Protector	72.012	*¿Se permite cotizar 60x90 cm?

Respuesta:

Se modifica la descripción solicitada del ítem, la que queda de la siguiente forma:
"PROTECTOR PARA CAMA, DESCARTABLE, ABSORBENTE E IMPERMEABLE EN UNA DE SUS CARAS CMxCM: 65x 80 (+/-1)".

Cotizar fuera de las medidas establecidas desestima la oferta por no ajustarse a lo solicitado en el objeto de la compra.

Consulta:

N° ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
227	Enfermería	Cinta hilera de algodón ancho 1 cm rollo no menor a mt.: 40	Rollo	54.780	*¿Color?

Respuesta:

El color de la "cinta hilera de algodón" ofertada debe ser blanco, por lo que se rectifica la descripción del ítem, la que pasa a ser: "CINTA HILERA BLANCA DE ALGODÓN ANCHO CM 1 ROLLO NO MENOR A MT 40".

Consulta:

N° ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
77	Curaciones	Apósito ocular adhesivo hipoalergénico para adulto estéril	Apósito	5.060	Especificar medidas

Respuesta:

Los oferentes podrán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado.

Consulta:

N° ítem	Familia	Descripción	Unidad de compra	Cantidad demandada	Solicitud de aclaración x parte de Aler S.A.
78	Curaciones	Apósito ocular adhesivo hipoalergénico pediátrico estéril	Apósito	6.010	Especificar medidas

Respuesta:

Los oferentes podrán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado.

3. Leveril

Consulta:

Ítem N° 698	Aguja para punción biopsia para tejido blando automática: GAUGE X CM: 14X16 Punta trucut estéril
Ítem N° 699	Aguja para punción biopsia para tejido blando automática: GAUGE X CM: 16X16 Punta trucut estéril
Ítem N° 700	Aguja para punción biopsia para tejido blando automática: GAUGE X CM: 18X16 Punta trucut estéril

¿Se debe cotizar solamente la aguja o el sistema del mango reutilizable y aguja? La aguja solo se puede utilizar con el mango de la misma marca. También pueden cotizar un modelo automático enteramente descartable.

Respuesta:

Se modifica la descripción de los tres ítems, quedando de la siguiente forma:

Ítem N° 698	DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DESCARTABLE PARA PUNCIÓN DE BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO CON AGUJA GAUGE X CM: 14X16 PUNTA TRUCUT ESTÉRIL
Ítem N° 699	DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DESCARTABLE PARA PUNCIÓN DE BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO CON AGUJA GAUGE X CM: 16X16 PUNTA TRUCUT ESTÉRIL
Ítem N° 700	DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DESCARTABLE PARA PUNCIÓN DE BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO CON AGUJA GAUGE X CM: 18X16 PUNTA TRUCUT ESTÉRIL

Consulta:

Ítem N° 811 Circuito de anestesia descartable de MTS: 1.50 neonatal/pediátrico. Incluye: Tubo corrugado, conector en Y, línea de capnografía con conector y bolsa

¿La bolsa debe ser de 0,5 litros o de 1 litro?

Respuesta:

Los oferentes podrán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado.

Consulta:

Ítem N° 812 Circuito de anestesia descartable adulto de MTS: 1.50 incluye: Tubo corrugado, conector en Y, línea de capnografía con conector y bolsa

¿Corresponde a bolsa de 2 litros?

Respuesta:

Los oferentes podrán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado.

4. Sakira S.A

Consulta:

Ítem N° 321 Gasa no menor a 16 hilos ancho MT: entre 0.90-1.10

Solicitan sea tenido en cuenta el peso de la manta de gasa a parte del hilaje, motiva dicha petición el hecho de garantizar para las entregas del hilaje correcto.

Cuanto más hilaje, más peso la manta de gasa. De esta forma si a parte de controlar los hilos, se asocia este hilaje a un peso, tendrán de una nueva manera rápida y eficaz de efectuar los controles pertinentes.

En nota presentan registros de los pesos.

La firma queda a las órdenes para llevar las muestras de mantas de gasa en la cual se pueden contar los hilos y pesar para que puedan corroborar la información brindada es correcta.

Respuesta:

Se acepta la sugerencia presentada por la firma Sakira S.A. cuando la Comisión Asesora Técnica solicite la manta (muestra), en el FORM.COMP.117 Formulario de identificación de muestras, se deberán indicar los siguientes datos: peso (kg.) de la manta, cantidad de hilos y las medidas de la misma.

5. Tabiral S.A

Consulta:

Ítem N° 256	CONTROL BIOLÓGICO DE ESTÉRILIZACIÓN POR CALOR HUMEDO : TEST RÁPIDO
Ítem N° 257	CONTROL BIOLÓGICO DE ESTÉRILIZACIÓN POR OXIDO DE ETILENO : TEST RÁPIDO .

En dichos ítems ¿qué tipo de test rápido se solicita? Ya que hay varias opciones de tiempo para la liberación.

En el caso del ítem 256 el adjudicatario deberá entregar en comodato las incubadoras según las necesidades de cada Organismo demandante.

¿Cuántos son los Organismos demandantes que se les tiene que entregar incubadoras en comodato?

Respuesta:

Ítem N° 256 el tiempo de lectura no podrá ser mayor a 3 horas, por lo que se modifica la descripción del ítem, la que queda de la siguiente manera: "CONTROL BIOLÓGICO DE ESTÉRILIZACIÓN POR CALOR HUMEDO: TEST RÁPIDO (TIEMPO DE LECTURA NO MAYOR A 3 HORAS)"

Corresponde agregar en el numeral 10 "Factores de evaluación específicos", la siguiente aclaración:

"Los Organismos demandantes son: ASSE, BPS, BSE, MDN- DNSFFAA, MI-SDNSP y UDELAR".

Ítem N° 257 el tiempo de lectura no podrá ser mayor a 4 horas, por lo que se modifica la descripción del ítem la que queda de la siguiente manera: "CONTROL BIOLÓGICO DE ESTÉRILIZACIÓN POR OXIDO DE ETILENO TEST RÁPIDO (TIEMPO DE LECTURA NO MAYOR A 4 HORAS)"

Corresponde agregar en el numeral 10 "Factores de evaluación específicos", la siguiente aclaración:

"Ítem N° 257 CONTROL BIOLÓGICO DE ESTÉRILIZACIÓN POR OXIDO DE ETILENO TEST RÁPIDO (TIEMPO DE LECTURA NO MAYOR A 4 HORAS); el adjudicatario deberá entregar en comodato las incubadoras según necesidades de cada Organismo demandante (ASSE Y MDN-DNSFFAA)."

6. Maxiplast S.A

Consulta:

Ítem N° 473 Set de alimentación enteral de pvc con conexión luer estéril (incluye mínimo: conector, sonda y tapones, jeringas diferentes medidas)

Consultan si el set incluye el frasco para el alimento o si es solo con los artículos que detalla.

Respuesta:

Los oferentes podrán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado respetando el mínimo establecido en la descripción del ítem.

Consulta:

Ítem N° 983 Set para ordeñadora eléctrica incluye como mínimo: pezonera, válvula, tubuladura, adaptador para membrana, membrana y recipiente con tapa

¿Cuántas máquinas eléctricas serían las solicitadas en forma de comodato; si hay algún compromiso entre máquina entregada y consumo mínimo del Set?

Respuesta:

Corresponde realizar la siguiente sustitución en el numeral 10 "Factores de evaluación específicos", donde dice:

"Ítem N° 953 Set para ordeñadora eléctrica, el adjudicatario deberá entregar ordeñadoras en comodato según necesidad de cada Organismo"

Debe decir:

"Ítem N° 983 Set para ordeñadora eléctrica; el adjudicatario deberá entregar ordeñadoras en comodato según necesidad de cada Organismo. Se estima que se solicitarán como mínimo 20 ordeñadoras eléctricas.

Por otra parte se modifica la cantidad demandada la que pasará a ser 1400 sets por el período de dos años.

7. Vygon Uruguay S.A

Consulta:

En referencia al punto 3.2.2- Muestras- Pliego de condiciones particulares – Doc. B

No está publicado junto con el Pliego el FORM.COM.106- Formulario de recepción de muestras.

FORM.COMP.117- Formulario de identificación de muestras

Agradece informar donde se pueden ubicar.

¿Se aceptan solo muestras o en el caso de que no tengan es posible enviar folletos?

Respuesta:

Los formularios FORM.COM.106- "Formulario de recepción de muestras" y FORM.COMP.117- "Formulario de identificación de muestras" se enviarán a los proveedores junto a la solicitud de presentación de muestras.

Debe ajustarse a lo solicitado en el Pliego Particular de Condiciones numeral 3.2.2 "Muestras":

...*"Los oferentes tendrán un plazo de 10 días hábiles luego de efectuada la comunicación en tal sentido por parte de la UCA para presentar las muestras.*

El referido plazo podrá extenderse a solicitud fundada del oferente previa autorización de la UCA".

En referencia a los catálogos, folletos, ficha técnica etc. pueden ser solicitadas por la Comisión Asesora Técnica durante el estudio de las ofertas como información complementaria de los productos ofrecidos, tal cual se indica en la cláusula 3.2.1. "Documentación Complementaria" del Pliego de Condiciones Particulares Documento B.

8. Bioerix S.A

Consulta:

Ítems N° 943 al N° 948 Pinzas descartables con activación manual para sellador de vasos con cuchilla

Nro. ítem	Familia	Descripción	Unidad de Compra
943	CIRUGIA	PINZA DESCARTABLE CON ACTIVACIÓN MANUAL PARA SELLADOR DE VASOS CON CUCHILLA MM X CM: 13,5X18 CURVA ESTÉRIL	PINZA
944	CIRUGIA	PINZA DESCARTABLE CON ACTIVACIÓN MANUAL PARA SELLADOR DE VASOS CON CUCHILLA MM X CM: 10X 37 ROMA RECTA ESTÉRIL	PINZA
945	CIRUGIA	PINZA DESCARTABLE CON ACTIVACIÓN MANUAL PARA SELLADOR DE VASOS CON CUCHILLA MM X CM: 5 X44 CURVA ESTÉRIL	PINZA
946	CIRUGIA	PINZA DESCARTABLE CON ACTIVACION MANUAL PARA SELLADOR DE VASOS MM X CM 16,5 X 19 AMERICANA ESTÉRIL	PINZA
947	CIRUGIA	PINZA DESCARTABLE CON ACTIVACIÓN MANUAL PARA SELLADOR DE VASOS CON CUCHILLA MM X CM: 5 X 20 NARIZ DE DELFIN ESTÉRIL	PINZA
948	CIRUGIA	PINZA DESCARTABLE CON ACTIVACIÓN MANUAL PARA SELLADOR DE VASOS CON CUCHILLA MM X CM: 10X 20 ESTÉRIL	PINZA

Ítems N° 950 al N°958 Pinzas descartables con activación manual para sellador de vasos con cuchilla

Nro. ítem	Familia	Descripción	Unidad de Compra
950	CIRUGIA	PINZA DESCARTABLE CON ACTIVACIÓN MANUAL PARA SELLADOR DE VASOS CON CUCHILLA MM X CM: 5 X 37 NARIZ DE DELFIN ESTÉRIL	PINZA

951	CIRUGIA	PINZA DESCARTABLE CON ACTIVACIÓN MANUAL PARA SELLADOR DE VASOS CON CUCHILLA MM X CM: 5 X 37 RECTO-ROMA ESTÉRIL	PINZA
952	CIRUGIA	PINZA DESCARTABLE CON ACTIVACIÓN MANUAL PARA SELLADOR DE VASOS CON CUCHILLA MM X CM: 5 X 44 PUNTA MARYLAND ESTÉRIL	PINZA
953	CIRUGIA	PINZA DESCARTABLE CON ACTIVACIÓN MANUAL PARA SELLADOR DE VASOS CON CUCHILLA MMX CM: 5 X 34 CURVA BILATERAL ESTÉRIL	PINZA
954	CIRUGIA	PINZA DESCARTABLE CON ACTIVACIÓN MANUAL PARA SELLADOR DE VASOS CON CUCHILLA MMX CM: 5 X 37 PUNTA MARYLAND ESTÉRIL	PINZA
955	LAPAROSCOPIA	PINZA PARA SELLADO DE GRANDES VASOS REUTILIZABLE AUTOCLAVABLE DESARMABLE EN 3 PIEZAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA	PINZA
956	LAPAROSCOPIA	PINZA PARA SELLADO Y CORTE DE GRANDES VASOS DESCARTABLE CON PUNTA EN FORMA DE CÁLIZ CON PISO CERÁMICO Y ROTACIÓN DE 340 GRADOS PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA ESTÉRIL	PINZA
957	CIRUGIA	PINZA PARA SELLADO Y CORTE DE GRANDES VASOS DESCARTABLE CON PUNTA EN FORMA DE CÁLIZ CON PISO CERÁMICO Y ROTACIÓN DE 340 GRADOS PARA CIRUGÍA ABIERTA ESTÉRIL	PINZA
958	CIRUGIA	PINZA SELLADORA DE GRANDES VASOS REUTILIZABLE AUTOCLAVABLE CON PUNTA CERÁMICA PARA CIRUGÍA ABIERTA	PINZA

Los ítems mencionados anteriormente contienen instrumentos para sellado de vasos específicos para uso con un modelo y marca de equipo, en particular. Bioerix Laboratorios posee 14 Equipos de sellado de vasos HARMONIC instalados en diferentes U.E. que requieren para su utilización instrumental específico, los cuales no fueron contemplados en el presente Llamado. Por tal motivo solicitan la inclusión de los mismos para que las U.E puedan acceder al instrumental necesario para estos equipos HARMONIC.

Respuesta:

La Comisión Asesora Técnica toma en cuenta la propuesta presentada por el proveedor y sugiere la realización de un Llamado complementario con los ítems que contemplen las necesidades de los Organismos.

9. Artimed – Teresita Pechi

Consulta:

Nro. ítem	Familia	Descripción	Unidad de Compra
553	ENFERMERIA	TERMOHIGROMETRO DIGITAL DE MÁXIMA Y MÍNIMA CON DISPLAY INDICADOR	TERMOHIGROMETRO

555	ENFERMERIA	TERMÓMETRO DIGITAL DE MÁXIMA Y MÍNIMA CON CABLE EXTENSOR Y DISPLAY INDICADOR	TERMOMETRO
-----	------------	--	------------

Solicitan aclaración en referencia al alcance del punto 9 "Condiciones Específicas" del Pliego de Condiciones Particulares: "Los ítems que se refieran a equipos de medición deberán adjuntar el análisis correspondiente del LATU que lo avale así como su correspondiente garantía por un mínimo de un año. De corresponder, el armado y calibración será responsabilidad del proveedor durante la duración del contrato".

Solicitan aclaración si la condición citada es excluyente para los ítems N° 553 y 555.

En caso de que sea condición excluyente para los ítems mencionado ¿acepta UCA un certificado de calibración de origen o en su defecto un certificado de calibración de una firma privada que no sea LATU?

Respuesta:

En los casos de los ítems consultados, se deberá presentar el análisis correspondiente del LATU o certificado de calibración de una firma privada avalado por el LATU.

10. Umiral S.A.

Consulta:

Respecto del Pliego de condiciones particulares; "Los gramajes y micronajes para los productos confeccionados en nylon, tela no tejida, etc., deberán adjuntar el análisis correspondiente del LATU que lo avale", ¿Es necesario para las bolsas rojas o transparentes?

Respuesta:

Si, para las bolsas rojas o transparentes es necesario presentar análisis del LATU confirmando el micronaje solicitado, tal cual se solicita en la cláusula 3.2.2 "Muestras" del Pliego de Condiciones Particulares Documento B.

Consulta:

Ítem N° 316 Gasa esterilizada doblada cm x cm: 10 x 10 - presentación paquete 10 unidades

En el archivo Objeto de la Compra la medida que describe es de 10 cmx 10 cm, pero en la parte de Factores de evaluación específica, la describe como de 5 cm x 5 cm. ¿Cuál es la medida solicitada?

Respuesta:

Corresponde remitirse a la contestación brindada a la firma Aler S.A. ante idéntica consulta

11. Sagrin S.A.

Consulta:

Ítem N° 119 Apósito de tela no tejida y celulosa - cm x cm: 20 x 10 correspondiente al llamado N° 33/2012

Solicita saber en qué N° de ítem del Llamado N° 25/2016 quedó incluido el mismo para poder cotizarlo.

Respuesta:

La Comisión Asesora Técnica no incluyó este producto para integrar el Objeto de la Compra del presente Llamado.

12. Aruya S.A.

Consulta:

Ítem N° 111 Balanza de pie - adulto con tallímetro (hasta 150 kilos) / 113 balanza pediátrica bordes curvos

En ambos casos, hay dos tipos de balanzas mecánicas (más económicas) y digitales, las mismas deben de contar con la aprobación de modelo del Depto. de Metrología Legal.

¿Se desea comprar balanzas mecánicas o digitales?

Respuesta:

Los oferentes podrán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado posteriormente la Comisión Asesora Técnica sugerirá la adjudicación del ítem.

Consulta:

Ítems N° 270 al N° 275

Nro. de ítem	Familia	Descripción	Unidad de Compra
--------------	---------	-------------	------------------

270	ENFERMERIA	CUBETA CON TAPA AUTOCLAVABLE CM X CM X CM: 50X 21X13 APROX. PARA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL	CUBETA
271	ENFERMERIA	CUBETA CON TAPA AUTOCLAVABLE CM X CM X CM: 51X30X 21 APROX. PARA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL	CUBETA
272	ENFERMERIA	CUBETA CON TAPA AUTOCLAVABLE CM X CM X CM; 60X40X16 APROX. PARA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL	CUBETA
273	ENFERMERIA	CUBETA CON TAPA AUTOCLAVABLE CM X CM X CM: 90X21X16 APROX. PARA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL	CUBETA
274	ENFERMERIA	CUBETA CON TAPA AUTOCLAVABLE DIÁMETRO CM: 50 APROX. CAPACIDAD DE LT: 18 APROX. PARA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL	CUBETA
275	ENFERMERIA	CUBETA CON TAPA AUTOCLAVABLE Y SISTEMA DE DRENAJE PARA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL DIFERENTES MEDIDAS	CUBETA

- a) Existen contenedores (con tapa) autoclavables, los que en su tapa contienen elementos (como filtros descartables o válvulas permanentes) que permiten esterilizar el instrumental. La esterilización se hace por vapor en general a través de autoclaves. ¿Aceptan cotizaciones de acuerdo a medidas StU?
- b) Las medidas no se corresponden con las normas internacionales StU (Sterilisation Unit Standard). ¿A cuál de los tres métodos de desinfección se refieren? (químicos, térmicos o la combinación de ambos).
- c) La desinfección es un proceso diferente a la esterilización, se hace en general por medios químicos, térmicos o una combinación de ambos. ¿En caso de que deseen contenedores, se necesita saber si los desean con filtros descartables o válvulas permanentes (que no necesitan insumos como filtros)?
- d) En el ítem N° 275, se indica "varias medidas", se solicita indiquen las mismas.
- e) En el ítem N° 274 (diámetro de 50 cm y capacidad 18 litros), se solicita indiquen las medidas correspondientes a las unidades.

Respuesta:

- a) Los ítems solicitados corresponden a CUBETAS CON TAPA de diferentes medidas para desinfección de alto nivel, se aceptarán solo las ofertas que se ajusten a las medidas solicitadas.
- b) Refiere al método químico.
- c) Los ítems solicitados refieren a contenedores para desinfección de alto nivel, no necesitan ni filtro ni válvula.

- d) Ítem N° 275 corresponde a Cubeta con tapa y sistema de drenaje para desinfección de alto nivel, los oferentes podrán presentar todas las opciones de medida que se ajusten a lo solicitado.
- e) Ítem N° 274 las medidas solicitadas corresponden a 50 cm de diámetro, capacidad 18 litros.

13. Medicplast S.A.

Consulta:

Ítem N° 50 Apósito curativo de adhesión bacteriana 7x 10 cm (+/- 1) estéril

¿Qué significa la expresión "de adhesión bacteriana"?

Respuesta:

La adhesión bacteriana es una propiedad de las bacterias que le permite su fijación a la superficie de las células o de materiales inertes.

Se sustituye la descripción del ítem, la cual quedará de la siguiente forma:

"APÓSITO CURATIVO DE ADHESIÓN BACTERIANA, DE NÚCLEO ABSORBENTE DE TELA VISCOSA Y POLIESTER - 7 X 10 CM (+/-1) ESTÉRIL"

Consulta:

Ítem N° 80 Apósito transparente con marco fijación 360° estéril y 81 apósito transparente con marco fijación 360° con clorhexidina estéril

Se solicita medidas para dichos apósitos.

Respuesta:

Los oferentes podrán presentar todas las opciones de medida que se ajusten a lo solicitado.

Consulta:

Ítem N° 121 Bolsa nylon roja fuelle cm x cm: 120 x 80 80 mic. Con precinto y logo de bioseguridad

¿Cómo se suministra el precinto de seguridad? ¿Adjunto a cada bolsa o aparte?

Respuesta:

Se incorpora al numeral 10 "Factores de Evaluación específicos", el siguiente comentario:

"Ítem N° 121 BOLSA NYLON ROJA FUELLE CM X CM: 120 X 80 80 MIC. CON PRECINTO Y LOGO DE BIOSEGURIDAD; Los precintos se pueden entregar de la manera más

conveniente para el proveedor, la presentación no debe superar las 100 unidades, manteniendo la relación un precinto por bolsa."

Consulta:

Ítem N° 356 Jeringa descartable ml: 1 c/aguja desmontable g: 27 (graduación en centésimas de 1 en 1) estéril

Solicitan aclaración de la graduación. Envían fotografía con opciones A "jeringa de 1 ml graduada de 2 en 2 centésimas" y B "jeringa de 1 ml graduada de 1 en 1 centésimas"

Respuesta:

La jeringa que se ajusta a la descripción es la indicada como opción B jeringa de 1 ml graduada de 1 en 1 centésima.

Consulta:

Ítem N° 368 Jeringa descartable con aguja ml: 2.5 estéril

Las jeringas de 2,5 ML utilizadas principalmente para aplicar vacunas vienen graduadas por lo general hasta 3 ML.

¿Es posible que acepten hasta 3 ML? Hay un caso similar en el ítem 372 donde se acepta la jeringa descartable con aguja ML: 50/60 estéril, habitualmente se acepta de tolerancia de la graduación hasta 3 ML.

Respuesta:

En el ítem referido debe ofertar jeringas de 2.5 ml.

Consulta:

Ítem N° 382 Kit de nebulización con mascarilla de traqueostomía, tubo corrugado y línea de oxígeno

¿Tiene que ser con mascarilla de traqueotomía o máscara de oxígeno?

Respuesta:

Se solicita una mascarilla de traqueostomía que adapte al nebulizador y a la traqueostomía.

Consulta:

Ítem 456 Prolongador de catéter c/múltiples vías con válvula de bioseguridad estéril

¿Cuántas vías son las solicitadas?

Respuesta:

Los oferentes podrán presentar todas las opciones que se ajusten a lo solicitado.

Consulta:

Ítem N° 467 Recipiente descartador de material corto- punzante, plástico de paredes rígidas con tapa de bioseguridad, logo y color identificador de riesgo biológico capacidad aprox. 0/13 lt.

Solicitan especificaciones técnicas de la tapa de bioseguridad.

¿Qué tipo de soporte sería?

Respuesta:

La función de la tapa de bioseguridad es que impida la fuga de contenido, presentando resistencia que impida ser atravesado por el material corto punzante, la función de la tapa es el sellado definitivo del recipiente contenedor.

La descripción de este ítem no incluye soporte.

14. Sufarma S.A.

Consulta:

Ensayo de LATU y Fichas técnicas

En la página 8 del Pliego de Condiciones particulares indica "que los gramajes y micronajes para los productos confeccionados en nylon, tela no tejida, etc. deberán adjuntar al análisis correspondiente del LATU que lo avale".

Se solicita especificar los ítems donde se está solicitando el ensayo de gramaje y/o micronaje, ya que existe una gran cantidad de productos confeccionados con esos componentes.

Respuesta:

El ensayo de gramaje y/o micronaje se deberá presentar para los siguientes ítems: 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 412, 413, 756 y 757.

Consulta:

En la página 8 del Pliego de Condiciones particulares indica que: "Los insumos de PVC y/o látex recubiertos de silicona, deberán presentar ficha técnica en idioma español especificando que posee dicha característica (cobertura).

Se solicita especificar los ítems donde se está solicitando la ficha técnica.

Para los ítems que son 100% silicona, sin "cobertura", ¿también hay que presentarlos?

Respuesta:

Se deberá presentar ficha técnica para los siguientes ítems: 509, 510, 511, 512, 513, 514 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 y 542.

Los ítems que son 100% silicona deben estar identificados en el empaque individual.

Consulta:

En la página 14 del Pliego de Condiciones particulares indica que: "Los ítems que se refieren a equipos de medición deberán adjuntar el análisis correspondiente del LATU que lo avale así como su correspondiente garantía por un mínimo de un año. De corresponder, el armado y calibración será responsabilidad del proveedor durante la duración del contrato"

Indicar si se aplica o no el requerimiento de análisis del LATU para los equipos de medición de ATP que se deberán entregar en comodato contra el consumo del hisopos para el control de limpieza ítem 353 HISOPO PARA CONTROL DE LIMPIEZA POR FOTOLUMINISCENCIA (PARA ATP). Dado que la unidad de medida fotoluminiscencia (RLU) no es absoluta y depende de las características y sensibilidad de los equipos de cada fabricante, entendemos que es imposible que el LATU emita un análisis.

Respuesta:

La cláusula a la cual hace referencia la consulta "Los ítems que se refieren a equipos de medición deberán adjuntar el análisis correspondiente del LATU que lo avale así como su correspondiente garantía por un mínimo de un año. De corresponder, el armado y calibración será responsabilidad del proveedor durante la duración del contrato", corresponde a los equipos que adquiere cada Institución, no aplica para los equipos en comodato.

Consulta:

Equipos en Comodato y Formularios/ Presentación de Muestras

En la página 15 del Pliego de Condiciones particulares indica para el ítem 353 HISOPO PARA CONTROL DE LIMPIEZA POR FOTOLUMINISCENCIA (PARA ATP) que: el adjudicatario deberá entregar en comodato el equipo lector de ATP según necesidad de cada Organismo".

Dado el costo del Luminómetro es imposible comprometerse en entregar un equipo en comodato a cada Organismo demandante sin contraparte de consumo. Los contratos de Comodato vigentes en plaza son contra un consumo mensual de 150 hisopos mensuales, incluso para el ítem 165 CARTUCHO DESCARTABLE PARA RASURADORA QUIRÚRGICA RECARGABLE ESTÉRIL, se establece la entrega un equipo contra una compra de 100 cartuchos, siendo la rasuradora un equipo más económico y sencillo, que un luminómetro)

Se solicita establecer un consumo mensual o semestral razonable para poder entregar en comodato dicho equipo.

Respuesta:

Los equipos entregados en comodato no estarán condicionados a la compra de los insumos, según lo establece el Pliego Particular de Condiciones numeral 9 "Condiciones específicas".

Consulta:

¿Las muestras deberán presentarse (a solicitud de la CAT) luego del Acto de apertura?

Cómo los Pliegos cambiaron de forma significativa se solicita una reunión explicativa y de consulta para todos los posibles oferentes.

Respuesta:

Sí, las muestras se deben presentar posteriormente a la apertura del Llamado, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares Documento B punto 3.2.2

Se toma conocimiento de la sugerencia presentada.

Consulta:

Los formularios FORM.COM.106 y FORM.COM.117 referidos en el Pliego de condiciones particulares, no figuran dentro de los documentos publicados en la Página Web.

Respuesta:

Los formularios FORM.COM.106 y FORM.COM.117 se remitirán cuando se soliciten las muestras a los oferentes.

Consulta:

¿Cada empresa debe tramitar un Certificado Negativo de Registro para cada uno de los productos que no requiere registro? ¿O solo se aplica en casos de duda?

Respuesta:


Debe tramitar Certificado de Registro Negativo del MSP para cada uno de los productos que no requieran Registro.

A modo de resumen

Se aclara a las firmas interesadas, que el presente Comunicado incorpora modificaciones que impactan sobre la cláusula 10 "Factores de evaluación específicos" del Pliego de Condiciones Particulares Documento B y sobre el "Objeto de la compra". En dicho Objeto, en lo que refiere a cantidades demandadas, se modificaron algunas de ellas a raíz de las presentes consultas y ajustes remitidos por los Organismos participantes del Llamado.

En virtud de las modificaciones mencionadas, corresponde **sustituir** el formulario "FORM.COMP.105 Formulario de presentación de Oferta.xls", por una nueva versión que contiene los cambios descritos, la que se denomina "FORM.COMP.105 Formulario de presentación de Ofertav2.xls" y se adjunta como parte del presente Comunicado.

El presente Comunicado se considera parte integrante del Pliego de Condiciones Particulares.



Cra. Carolina García Parodi
Sub Directora Ejecutiva de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones
Ministerio de Economía y Finanzas