

FECHA: 14/02/2018

TELEFAX NUMERO: \_\_\_\_\_

PAGINAS INCLUIDA CARATULA: 1

A: NOMBRE DE LA EMPRESA: \_\_\_\_\_

LOCALIDAD: \_\_\_\_\_

A LA ATENCION DE: \_\_\_\_\_

DE: NOMBRE: PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS / LICITACIONES

GERENCIA: ABASTECIMIENTO

**CIRCULAR N° 1**

**LICITACION ABREVIADA sin Pliego N° 1400634100**

**Compra de transmisores de gases tóxicos, celdas y repuestos varios de transmisores**

Estimados señores:

Comunicamos a ustedes que esta Administración ha decidido prorrogar la fecha de recepción y apertura de ofertas para el **día 26 de febrero de 2018 a las 14:00 horas.**

Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones de las bases de la licitación de la referencia:

**Consulta:** En la descripción del ítem 1 se indica "Debe contar con la opción de conexión remota del sensor", como indica que debe de contar con la "opción" no nos queda claro cómo quieren la cotización.

En general los equipos que permiten la conexión remota tienen tanto en detector como en transmisor una caja de conexiones a prueba de explosión y por lo tanto un costo superior a los casos en que no precisan la conexión remota.

**1- ¿Quieren ambos precios, sin y con conexión remota?**

Los equipos deben contar con la opción de conexión remota del sensor (Indica que al conjunto sensor con su celda de medición mediante un kit apropiado lo pueda ubicar a una distancia determinada del conjunto transmisor).

**2- Tenemos equipos con conexión remota que permiten 2 y hasta 3 detectores por transmisor, ¿quieren que coticemos también estas opciones?**

Se aceptará cotización de equipos para conexión de un conjunto sensor.

**3- Respecto a la tecnología del sensor se pide electroquímico pero los sensores MOS tienen mayor vida útil y requieren menos calibración. ¿Se acepta como opción detector de gas de semiconductor de óxido metálico (MOS)?**

Las celdas detectoras de gases deberán ser de tecnología electroquímica.

4- Por último se pide una temperatura de trabajo de -20 a 55C. ¿Pueden aceptar sensores cuyo rango vaya hasta los 50C?

El rango superior de temperatura debe mayor o igual a 55°C.

Saludos cordiales

ec

*María Alicia Izquierdo*  
Supervisora  
Gerencia Abastecimiento  
Servicios Compartidos  
ANCAP

María Cristina Oromi  
Jefe de Procesamiento y Ejecución de  
Compras Gerencia de Abastecimiento  
ANCAP