



**INTENDENCIA DE CANELONES**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**LICITACION ABREVIADA**  
**N°49/2018**

**CIRCULAR N°1**

Mediante la presente, se transcriben consultas recibidas de empresas interesadas y sus respectivas respuestas:

Consultas:

- 1) En cada ítem hay diversas opciones de accesorios. Para que utilizaran el CUARTEADOR DE ACERO INOXIDABLE describir un poco este ítem ya que no entendemos que solicitan de igual manera el CALIBRE PARA INDICE DE LAJAS.
- 2) Con respecto EQUIPO PARA EXTRACCION DE TESTIGOS DE HORMIGON tenemos varios modelos también necesito el diámetro del barreno de la pag 250 a la 253 estas los modelos y tipos de barrenos
- 3) Y con el EQUIPO PARA ENSAYO DE LOS ANGELES necesitamos que nos aclare bajo que normas quiere las cargas abrasivas en la pag 45 estas las opciones.-

Respuestas:

- 1) El cuarteador de muestras es para dividir grandes cantidades de material en cantidades manejables. Las aberturas deben de ser desde 12,5 mm a intervalos de 12.5 mm La tolva bivalva de 28 dm<sup>3</sup> y dos recipientes. 1ª) Calibre de lajas se utiliza para determinar el tamaño de las partículas. (es como una regla)  
Estos dos son diferentes aparatos.
- 2) Extractora de testigos debe ser a nafta seria como la muestra 251 y las brocas de 100 y 150 mm de diámetro.
- 3) Las cargas abrasivas deben cumplir con normas ASTM/UNI/CNR cualquiera de las dos opciones de pag 45 esta bien. Se sugiere cotizar dos opciones con cabina anti ruido y sin ella.

Canelones, AGOSTO de 2018.