



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

05 de Febrero de 2020

CIRCULAR N° 2

LICITACION ABREVIADA N° 1500168800 - COMPRA DE ANALIZADORES DE OXIGENO, SENSORES Y PARTES DE REPUESTOS

Estimados señores:

Respecto a consultas recibidas, realizamos las siguientes aclaraciones:

1. ¿Se debe considerar acceso conexión bluetooth para acceso remoto mediante un smartphone? **No.**
2. ¿Cuál es la vida útil requerida para los sensores? Recomendamos una duración mínima de al menos 3 (tres) años. **Mínimo 3 años.**
3. ¿Es posible que se considere para el filtro de la punta de la sonda filtros cilíndricos en lugar de filtros tipo " flat"? La ventaja de los filtros cilíndricos es un área de filtrado mayor a la de los tipo " flat". **Ajustarse al pliego.**
4. ¿Es posible que para lograr una mayor durabilidad del tubo de protección de la sonda se requiera que éste deba ser fabricado en AISI 316 (SS 316)? **Sí.**
5. ¿Se debe considerar calibración de O2 en dos puntos? **Sí.**

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,

cc


Stephanie Perceval
Supervisor
Gerencia Abastecimiento y
Servicios Comparados
ANCAP


María Alicia Izquierdo
Jefe Interino
Procesamiento y Ejecución de Compras
Gerencia Abastecimiento
ANCAP