COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

02 de Marzo de 2020

CIRCULAR Nº 5

LICITACION ABREVIADA N° 1500168800 - COMPRA DE ANALIZADORES DE OXIGENO, SENSORES Y PARTES DE REPUESTOS

Estimados señores:

Solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación de la referencia:

1) Informamos que esta Administración ha resuelto prorrogar la fecha de la apertura de la Licitación Abreviada de referencia para el día: **6 de marzo de 2020 a las 15:00 horas.**

2) CONSULTA: Si la aplicación requiere blow back el sistema debería ser extractivo y en este tipo de sistema utilizamos un sensor de Oxigeno Electroquímico que no es Zirconio, pero en este ya podrían adicionar la medición de CO que permitiría monitorear completamente los gases de una combustión por ejemplo.
Por lo antedicho consultamos, ¿aceptará ANCAP sistema extractivo?

RESPUESTA: En esta oportunidad NO requerimos equipos con sistema extractivo.
Cabe aclarar que en planta se utilizan equipos analizadores con tecnología de Zirconio y sistema Blow back asociado, así como también se emplean equipos con sistema extractivo de gases.

COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,

cc

Lic. Bethiana Sastre
Supervisora
Gerencia Abastecimiento
ANCAP

María Alicia Izquierdo
Jefa Interina
Procesamiento y Ejecución de Compras
Gerencia Abastecimiento
ANCAP