



Especificaciones para la Compra Directa D109163

Servicio de calificación de una estufa de esterilización marca Memmert, de acero inoxidable, con tres estantes. Dimensiones:

- 100 cm ancho
- 80 cm de alto
- 50 cm de profundidad

Temperatura de seteo de la estufa: 175 °C.

El estudio debe incluir 4 corridas, una sin carga y 3 corridas con carga (la carga serían unos 10 pipeteros metálicos con pipetas de vidrio, y unos 10 paquetes de placas de petri).

La empresa adjudicataria debe estar acreditada ante el OUA u Organismo de Metrología Legal para las magnitudes usadas de control.

Verificar estabilidad/uniformidad.

Realizar estudio de penetración de calor en cargas acompañado de un estudio de letalidad con indicadores biológicos.

Se valora el menor plazo de finalización del servicio.