



I. M.

**INTENDENCIA DE MONTEVIDEO  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO  
GERENCIA DE COMPRAS  
SERVICIO DE COMPRAS**

EDIFICIO SEDE - PLANTA BAJA - Sector SANTIAGO DE CHILE  
TELEFONO 1950 2012 - FAX 1950 1915

SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS

Montevideo, 31 de enero de 2023

**D118688**

**SONÓMETROS**

**CONSULTAS Y RESPUESTAS**

**Consulta 1:**

En especificaciones se solicita "Certificado de calibración con antigüedad no mayor a 2 meses." ¿Este certificado debe ser emitido por un proveedor acreditado (ILAC ISO 17025)?

**Respuesta:**

No, debe ser emitido por el fabricante o un tercero avalado por este.

**Consulta 2:**

En merito a su requerimiento, de la grabación sonora, puede ser realizada únicamente a través de dispositivo externo por medio de la salida AC del dispositivo o en alternativa, ¿conectando el dispositivos a una computadora portátil a través del software o debe de tener memoria si o si?

**Respuesta:**

La grabación sonora la debe realizar el sonómetro sin necesidad de ningún dispositivo externo adicional, por tanto si debe poseer memoria para tal fin y no se admiten soluciones a través de una salida AC o conexiones a computadora o similar.