



Especificaciones para la Compra Directa D127299

Servicio de calificación de una cabina de bioseguridad Clase II tipo A2, marca TELSTAR modelo BIO 11 Advance Plus 3:

El estudio debe incluir verificación de fugas y velocidades, clasificación por conteo de partículas, entrega de informes y copia de certificados de calibración del instrumento empleado.

Requisito excluyente: la empresa adjudicataria debe estar acreditada ante el OUA o el Organismo de Metrología Legal para las magnitudes consideradas.

Se valora el menor plazo de finalización del servicio.