Especificaciones para la Compra Directa D126586

Servicio de calificación de un autoclave:

- Autoclave vertical eléctrico marca TUTTNAUER, modelo T-Lab Eco, de 85 L de capacidad.

El estudio debe incluir 8 corridas, una sin carga y 7 corridas con carga.

La empresa adjudicataria debe estar acreditada ante el OUA u Organismo de Metrología Legal para las magnitudes usadas de control.

Estudio de calificación: verificar las características para cargas/ciclo, verificar la temperatura/tiempo y la presión, realizar estudio de uniformidad, estabilidad y exactitud a 121 ºC. Realizar estudio de penetración de calor en cargas acompañado de un estudio de letalidad con indicadores biológicos (los cuales deben ser provistos por la empresa adjudicataria).

Se valora el menor plazo de finalización del servicio.