



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Departamento de Ensayos

Tipo:	EC - Especificaciones de compra
Descripción:	Agitador para ensayo de equivalente de arena
Fecha de creación:	10/10/2019
Fecha última modificación:	10/10/2019

Descripción	Agitador para ensayo de Equivalente de arena.
Normas de referencia	<ul style="list-style-type: none">• ASTM D2419 Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate• UNE EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo de equivalente de arena.• AASHTO T176 Plastic Fines in Graded Aggregates and Soils by the Use of the Sand Equivalent Test
Características	Distancia de golpe ajustable: 200 ± 10 mm Velocidad 175 golpes por minuto Con timer Con carcasa protectora de probeta 230 V 50 Hz 1 ph

DIRECC. NAL. VIALIDAD
DPTO. PROVEEDURIA

06 NOV 2019

RECIBIDO