

Montevideo, 28 de noviembre de 2019

Por la presente, se llama a interesados para cotizar la provisión de 1 estufa de cultivo con las siguientes características

Volumen mínimo 35 litros

Rango de temperatura de funcionamiento que llegue al menos hasta los 50°C

La estufa, incubando a 42°C debe brindar una temperatura con una homogeneidad en todos los puntos que se encuentre por debajo de 42±0.5°C

La estufa debe brindar una estabilidad de temperatura que se encuentre comprendida en el rango 42±0.5°C a lo largo de un ciclo de incubación de 24hs

Se deberá especificar

Dimensiones totales

Alimentación eléctrica requerida

Consumo eléctrico

Tipo de convección del equipo

Garantía

Plazo de entrega

Se valorarán muy especialmente los certificados de performance del equipo que el proveedor pueda ofrecer

Sin otro particular

Saluda Atentamente



IQ Daniel Kerekes  
Coordinador UGC  
DILAVE-MGAP