


HOSPITAL DE CLINICAS
"DR. MANUEL QUINTELA"
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE MEDICINA

Montevideo, 03 de setiembre de 2021.

PROCÉDASE a realizar una Licitación Abreviada para el año 2022 para "**EQUIPAMIENTO DE LA OBRA DE CONSULTA EXTERNA DE PLANTA BAJA**", al amparo del Art. 33 Literal A del TOCAF.

El costo estimado es de **\$ 1.500.000.-**


GUSTAVO MARA
Director de División (S)
Recursos Materiales

ANEXO 1 – EQUIPAMIENTO MÉDICO

LISTADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MOBILIARIO MÉDICO DEL NUEVO CENTRO DE POLICLÍNICAS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS.

- Se incluirá junto con estas tablas de características técnicas del equipo y sistema que se oferte, un catálogo / brochure (información comercial) y un "data sheet" (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso), en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.
- El ofertante, si así lo considera por compatibilidad y ventajas de integración u otras, podrá ofertar equipos/ sistemas o funcionalidades nuevas justificando el motivo y las ventajas de la propuesta, siempre dentro de los márgenes de correspondencia con las funcionalidades y características solicitadas.
- Todo mobiliario, equipamiento o artefacto, deberá ser entregado con film protector para embalaje de burbujas o con lámina de espuma de polietileno, asegurando su adecuado traslado y puesta en obra. En caso de equipamiento delicado la protección también estará dada por algún elemento rígido, como caja protectora exterior.

DE LA IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO SE DEBERÁ SUMINISTRAR:

- a) Marca
- b) Modelo/tipo.
- c) Fabricante –Procedencia.
- d) Fotos, folletos o catálogos de lo ofertado.
- e) Muestra de terminaciones en caso que así lo permita el producto.
- f) En cada caso se deberá especificar los años de garantía del producto.
- g) Medidas exactas en planta y alzado.

Arq. Javier Lanza
Dpto. Arquitectura
Hospital de Clínicas

L.A 102/20

Equipo:	Silla con respaldo alto 9.4.11.40	Código Equipo:
		Eq. 24
Local ubicación		Cantidad: 02 ✓✓

Características técnicas solicitadas

Silla fija con respaldo alto, posacabeza y posabrazos. Posibilidad de reclinado.

Color: a definir según oferta.

Dimensiones aproximadas: 70x70x55 (LxAxH) altura de respaldo 100cm

Estructura que asegure la estabilidad. Especificar.

Tapizado en material duradero y lavable, resistente a productos hospitalarios (amonio cuaternario y alcohol 70%). Especificar.

Regatones de goma fijados mecánicamente o cementados, antideslizantes.

Especificar peso admisible.

IMAGEN DE REFERENCIA



Equipo:	Camilla de exploración fija. 9.4.11.12	Código Equipo:
		Eq. 25
Local ubicación		Cantidad: 33 ✓

<u>Características técnicas solicitadas</u>
Camilla médica para exploración y reconocimiento.
Color: a definir según oferta.
Dimensiones aproximadas: 190x60x90cm(LxAxH)
Estructura metálica reforzada que asegure la estabilidad con terminación acorde al uso hospitalario. Especificar.
De dos o tres secciones y regulación en altura. Cabecera articulada hasta 45° mediante doble cremallera dentada con 3 posiciones.
Cabecero y piecero regulable en 4 posiciones por cremallera
Relleno y tapizado resistente al lavado con productos hospitalarios. (amonio cuaternario y alcohol 70%) Ignífugo.
Regatones de goma fijados mecánicamente o cementados, antideslizantes.
Se incluirán:
<ul style="list-style-type: none"> • Soporte para accesorios; portarollos debajo de la camilla contenido en el largo de 1.90mt. • Corta papel.
Especificar peso admisible.

IMAGEN DE REFERENCIA

SoloStocks




ACE 326P3

Equipo:	Camilla de exploración fija. 9.4.11.12	Código Equipo:
		Eq. 26
Local ubicación		Cantidad: 2 ✓

<u>Características técnicas solicitadas</u>
Camilla médica para exploración y reconocimiento.
Color: a definir según oferta.
Dimensiones aproximadas: 190x65x80cm (LxAxH)
Estructura metálica reforzadas que asegure la estabilidad con terminación acorde al uso hospitalario. Especificar.
De dos o tres secciones y regulación en altura. Cabecera articulada hasta 45° mediante doble cremallera dentada con 3 posiciones.
Cabecero y piecero regulable en 4 posiciones por cremallera.
Relleno y tapizado resistente al lavado con productos hospitalarios. (amonio cuaternario y alcohol 70%) Ignífugo.
Regatones de goma fijados mecánicamente o cementados, antideslizantes.
Se incluirán:
<ul style="list-style-type: none"> • Soporte para accesorios; portarollos debajo de la camilla contenido en el largo de 1.90mt. • Corta papel.
Especificar peso admisible.

IMAGEN DE REFERENCIA

SoloStocks



Equipo:	Escabel	Código Equipo:
	P.4.12.36	Eq. 27
Local ubicación		Cantidad: 36 ✓

Características técnicas solicitadas

Escalerilla para acceso a camillas.

Color: negro

Dimensiones aproximadas: 35x40x35cm (LxAxH)

Construcción en caño de acero inoxidable AISI 304 calibre 16 o superior. Opción de pintura electrostática en polvo.

Dos peldaños de chapa plegada.

Huella forrada en goma anti-deslizante resistente a productos de uso en hospitales.(amonio cuaternario y alcohol 70%)

Regatones de goma fijados mecánicamente o cementados, antideslizantes.

Especificar peso admisible.

IMAGEN DE REFERENCIA



Equipo:	Heladera tipo frigobar 9.3.10.28	Código Equipo:
		Eq. 28
Local ubicación		Cantidad: 3 ✓

Características técnicas solicitadas

Heladera tamaño frigobar.
Color: blanca
Dimensiones aproximadas: 50x50x70cm (LxAxH)
Estantes de vidrio.
Control de temperatura.
Puerta reversible.
Patas delanteras ajustables.
Incluir cerradura.
Eficiencia energética : Categoría A

IMAGEN DE REFERENCIA



Equipo:	Balanza c/tallimetro 9.3.10.5	Código Equipo:
Local ubicación		Eq. 29
		Cantidad: 2 ✓
Características técnicas solicitadas		Características técnicas ofertadas
Balanza portátil hasta 120kg. Especificar.		
Estructura resistente nivelada que asegure la estabilidad y el buen funcionamiento. Especificar.		
Terminación lavable y duradera, resistente a productos hospitalarios. (amonio cuaternario y alcohol 70%)		
Superficie de apoyo goma anti-deslizante resistente a productos de uso en hospitales.		
Regatones de goma regulables, antideslizantes.		
Especificar peso admisible.		

IMAGEN DE REFERENCIA



ACE 33304.

Equipo:	Camilla de exploración fija.	Código Equipo:
	9.4.11.12	Eq. 30
Local ubicación		Cantidad: 2 ✓

<u>Características técnicas solicitadas</u>
Camilla médica para exploración y reconocimiento.
Color: a definir según oferta.
Dimensiones aproximadas: 190x65x55cm (LxAxH)
Estructura metálica reforzadas que asegure la estabilidad con terminación acorde al uso hospitalario. Especificar.
De dos o tres secciones y regulación en altura. Cabecera articulada hasta 45° mediante doble cremallera dentada con 3 posiciones.
Cabecero y piecero regulable en 4 posiciones por cremallera.
Relleno y tapizado resistente al lavado con productos hospitalarios. (amonio cuaternario y alcohol 70%) Ignífugo.
Regatones de goma fijados mecánicamente o cementados, antideslizantes.
Se incluirán:
<ul style="list-style-type: none"> • Soporte para accesorios; portarollos debajo de la camilla contenido en el largo de 1.90mt. • Corta papel.
Especificar peso admisible.

IMAGEN DE REFERENCIA

SoloStocks



Arle
376P3

Equipo:	Camilla de exploración fija. 9.4.12.8	Código Equipo:
		Eq. 31
Local ubicación		Cantidad: 1 ✓

<u>Características técnicas solicitadas</u>
Camilla médica para exploración y reconocimiento.
Color: a definir según oferta.
Dimensiones aproximadas: 160x65x90cm (LxAxH)
Estructura metálica reforzadas que asegure la estabilidad con terminación acorde al uso hospitalario. Especificar.
Cabecero y piecero regulable en 4 posiciones por cremallera.
Relleno y tapizado resistente al lavado con productos hospitalarios. (amonio cuaternario y alcohol 70%) Ignífugo.
Regatones de goma fijados mecánicamente o cementados, antideslizantes.
Se incluirán:
<ul style="list-style-type: none"> • Soporte para accesorios; portarollos • Pierneras o estribos orientables y regulables en altura. <u>Reforzadas.</u> • Recipiente con desagüe con posibilidad de desagote de líquidos. • Peldaño de fácil acceso.
Especificar peso admisible.

IMAGEN DE REFERENCIA



N/A
36901