

El Hospital de Clínicas solicita la provisión de hasta dos lavadoras termodesinfectadoras para material quirúrgico con las siguientes características:

- Cámara con capacidad de hasta 10 bandejas mínimo de tipo DIN 1/1
- Secado incluido en el ciclo mediante aire filtrado y caliente.
- Cada lavadora con dos juegos de cestos completos y al menos un rack para material laparoscópico con circulación de agua interna y un rack de material de anestesia.
- Comando mediante pantalla táctil. display alfanumérico para permitir monitorear todos los parámetros por parte del operador.
- Cada lavadora con un carro para transferencia manual de las cestas.
- Temperatura de lavado ajustable
- Ciclos de lavado preprogramados y posibilidad de programar ciclos.
- Trazabilidad mediante impresora en idioma español que registre nombre del operador, número del lote, programa de lavado elegido, hora de comienzo y hora de finalización, registro de temperatura de lavado y tiempo, alarmas durante el periodo, etc.
- Calentamiento de agua mediante resistencia eléctrica y/o vapor de la caldera del Hospital.
- Los equipos serán aptos para trabajar con sistema eléctrico trifásico 400V sin necesidad de instalar transformadores de tensión en el suministro.
- La oferta debe indicar el tratamiento de agua aconsejado para su utilización.
- Los canastos, la cámara y los racks serán en acero inoxidable AISI 316.
- Incluirá dispensadores de productos químicos durante el lavado con sus correspondientes bombas dosificadoras. (Al menos 3)

El oferente deberá entregar el equipo funcionando en el Hospital de Clínicas A tales efectos el Hospital realizará las obras necesarias de alimentación eléctrica, agua y desagües que sean necesarios según lo indicado por el fabricante. A efectos indicativos se informa que las lavadoras se instalarán en nivel basamento y no es necesario izarlas, es decir que todo el transporte hasta el lugar definitivo puede realizarse con carros.

El adjudicatario deberá:

Preparar y acreditar el personal técnico que el Hospital designe

Proporcionar la información necesaria para la operación y mantenimiento

- Manual de operación
- Manual de mantenimiento
- Rutinas de mantenimiento
- Manual de piezas de repuesto

Garantizar la existencia de piezas de repuesto en plaza

Cotizar adjunto los repuestos requeridos según el fabricante para los dos primeros años de funcionamiento. Esta cotización deberá realizarse por ítem y debe incluir cotización de:

- Junta de puertas
- Filtros HEPA si dispone
- Cinta o tinta o toner para la impresora
- Papel para impresora
- Resistencia del calderín eléctrico

Indicar también plazo de garantía, precio del servicio de mantenimiento con atención de reclamos que incluya toda la mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo (sin los repuestos).

Arq. Carlos Burghetto
DIRECTOR
División Mantenimiento