

**Obras Sanitarias del Estado****Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)**

1. Descripción del producto/servicio	
La presente especificación establece los requisitos técnicos para el sensor de nivel para depósito de agua destilada Nalgene conectado a destilador Barnstead.	
2. Características a cumplir - Requisitos	
REPUESTO	TIPO
Sensor de nivel magnético Material: Polipropileno Temperatura de funcionamiento (mín/máx) : -20 / +100 °C	Tipo marca Cynergy, modelo P25348
3. Condiciones de entrega	
Embalaje adecuado para la protección del producto.	
4. Vida útil	
No aplica.	
5. Información a remitir junto con el producto o servicio	
Debe entregarse con el material: <ul style="list-style-type: none">○ Nombre del material, código y número de lote.○ Fecha de expiración en caso de corresponder.○ Nombre y firma de (l) responsable (s) que certifica (n).○	
6. Anexos	
No aplica.	
7. Muestreo	
Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.	
8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo	
El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos detallados genera rechazo del material.	
9. Naturaleza de la revisión	
N/A	

Elaborado por:
Marcelo Rodríguez**Revisado por:**
Marcelo Rodríguez**2ª Revisión por:**
--**Aprobado por:**
Rita Caristo**Fecha:** 03/04/2019**Fecha:** 03/04/2019**Fecha:****Fecha:** 03/04/2019