1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos para filtros jeringa combinado para la determinación de color.

2. Características a cumplir - Requisitos

- Filtros jeringa que incluya dos medios diferentes: un prefiltro graduado de fibra de vidrio (de 10,0 a 0,7 µm) para extraer partículas más grandes y un filtro de membrana de celulosa de 0,20 µm para la filtración de finos.
- Hidrofílicos
- Carcasa de polipropileno
- Diámetro de membrana: 25 mm
- Conecciones:Inlet: Female Luer-Lok/Outlet: Male Luer slip
- Volumen muerto ≤250 µL

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la protección del producto.

4. Vida útil

No aplica.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Marca, código y número de lote.

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se realizará el 100 % de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos detallados genera rechazo del material.

9. Naturaleza de la revisión

Se detalla el material de la membrana para 0.2µm y se aclara que deben ser hidrofílicos.

LA IMPRESIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO GENERA UNA COPIA SUJETA A ACTUALIZACIÓN