



**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**  
**MEMBRANAS DE ACETATO DE**  
**CELULOSA DE 0,45 um**

ET.MV.101  
Versión Vigente  
Nº 01

**Obras Sanitarias del Estado**

**Página 1 de 1**

**Sistema Integrado de Gestión**  
**de Laboratorios (SIGLA)**

<b>1. Descripción del producto/servicio</b>
La presente especificación establece los requisitos para membranas de acetato de celulosa de 0,45 um, tipo SARTORIUS 11106-47.
<b>2. Características a cumplir - Requisitos</b>
Membranas de acetato de celulosa de poro de 0,45 um, discos de diámetro de 47 mm. Compatibilidad química: soluciones acuosas. Presentación: mínimo 100 unidades por caja.
<b>3. Condiciones de entrega</b>
Conjuntamente con el producto deberá adjuntarse el certificado de conformidad y certificado de lote. El embalaje debe ser adecuado para proteger la integridad del material.
<b>4. Vida útil</b>
No aplica
<b>5. Información a remitir junto con el producto o servicio</b>
Debe entregarse con el material el certificado de conformidad y certificado de lote donde conste: - Número de lote - Tipo de material - Marca - Fecha de emisión del certificado - Firma del responsable
<b>6. Anexos</b>
No aplica
<b>7. Muestreo</b>
Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.
<b>8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo</b>
El no cumplimiento de los requisitos establecidos generará el consiguiente rechazo del material.
<b>9. Naturaleza de la revisión.</b>
No aplica es primera versión.

**Elaborado por:**

**Revisado por:**

**2ª Revisión por:**

**Aprobado por:**

Adriana Servetti

**Fecha:** 06/10/2011

Gianella Bonari

**Fecha:** 13/10/2011

Rita Caristo

**Fecha:** 13/10/2011