1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos técnicos para la solución de cloruro de amonio utilizada para la preparación de soluciones de ajuste y control estadístico en la determinación de amonio.

2. Características a cumplir - Requisitos

- Concentración de amonio 1000 ± 5 mg/L como nitrógeno

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la protección del producto.

4. Vida útil

Debe presentar un tiempo de vigencia no menor de 2 años al ingreso al Laboratorio. Presentar en el certificado de análisis.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Debe entregarse con el material el certificado de análisis en donde conste:

- Nombre y dirección de la empresa que emite el certificado
- Descripción del material
- Uso probable
- Código y Nº de lote
- Fecha de certificación y periódo de validéz
- Resultados y sus incertidumbres
- Método de análisis
- Rango de aceptación
- Trazabilidad a patrones internacionales
- Fecha de emisión del certificado
- Nombre y firma de(l) responsable(s) que certifica(n)

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se realizará el 100 % de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en los item 2, 3, 4 y 5.

LA IMPRESIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO GENERA UNA COPIA NO CONTROLADA

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo
El no cumplimiento de los requisitos establecidos genera el consiguiente rechazo del material.
9. Naturaleza de la revisión.
No aplica es primera versión.

LA IMPRESION DEL PRESENTE DOCUMENTO GENERA UNA COPIA NO CONTROLADA