## 1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos técnicos que debe cumplir la solución de relleno para el electrodo utilizado para el ensayo de nitrato, del tipo Orion 9707 ionplusB (ThermoOrion).

## 2. Características a cumplir - Requisitos

Número Orion: 900046.

## 3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la protección del producto.
Deberá contener el volumen indicado.
Los envases deben contener como mínimo 60 mL del producto.

## 4. Vida útil

Debe presentar un tiempo de vigencia no menor de 2 años al ingreso al Laboratorio, el cual deberá constar en el certificado de análisis.

## 5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Deberá entregarse con el material, el certificado de análisis donde conste:

- Nombre y dirección de la empresa emisora del certificado
- Descripción del material
- Código y número de lote
- Período de validez del producto
- Resultados y sus incertidumbres
- Método de análisis
- Rango de aceptación
- Trazabilidad a patrones internacionales
- Fecha de emisión del certificado
- Nombre y firma de(l) responsable(s) que certifica(n)

## 6. Anexos

No aplica.

## 7. Muestreo

Se realizará la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos solicitados en el 100 % del material recibido.

## 8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos establecidos generará el consiguiente rechazo.

## 9. Naturaleza de la revisión

No aplica, es primera versión.

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO GENERA UNA COPIA NO SUJETA A ACTUALIZACIÓN