

## 1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece requisitos para filtros de membrana estériles, de **1.2 micrometros** de tamaño de poro

## 2. Características a cumplir - Requisitos

- Tamaño de poro: 1.2 µm
- Diámetro de la membrana: 47-50 mm
- De nitrato de celulosa/mezcla de esteres de celulosa
- Con cuadrícula oscura (negra) sobre fondo blanco
- El producto debe presentarse embalado en envase individual que garantice su integridad y esterilidad

## 3. Condiciones de entrega

Entrega del producto en su embalaje original sin alteraciones o fallas

## 4. Vida útil

Vencimiento no menor a 22 meses al momento de la entrega

## 5. Información a remitir junto con el producto o servicio

En conformidad con las normas ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 y EN 12780

## 6. Anexos



## 7. Muestreo

Elaborado por:

L. Quagliotto

Fecha: 24/04/2018

Revisado por:

L. Quagliotto

Fecha: 24/04/2018

2ª Revisión por:

R. Graña

Fecha: 24/04/2018

Aprobado por:

R. Caristo

Fecha: 24/04/2018



Obras Sanitarias del Estado

Sistema Integrado de Gestión  
de Laboratorios (SIGLA)

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### MEMBRANA FILTRANTE DE TAMAÑO DE PORO 1.2 $\mu\text{m}$

ET.GE.219

Versión Vigente

Nº 01

Página 2 de 2

Al 100 % del material

#### 8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

Que cumpla con los requisitos especificados en el punto 2, 3, 4 y 5.

#### 9. Naturaleza de la revisión.

No aplica, es primera versión

LA IMPRESION DEL PRESENTE DOCUMENTO GENERA UNA COPIA NO SUJETA A ACTUALIZACIÓN