



Obras Sanitarias del Estado

Sistema Integrado de Gestión  
de Laboratorios (SIGLA)

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### LINER DE INYECCIÓN CON LANA DE VIDRIO

ET.EQ.40  
Versión Vigente  
Nº 02  
Página 1 de 1

1. Descripción del producto/servicio
La presente especificación establece los requisitos para liner (alineador) de inyección para análisis de compuestos orgánicos.
2. Características a cumplir - Requisitos
<ul style="list-style-type: none"><li>• Una punta</li><li>• Desactivado</li><li>• Con lana de vidrio (especificar en el pedido)</li><li>• Para inyección splitless</li><li>• Volumen 900 uL</li><li>• Largo 78.5 mm</li><li>• Diámetro interno 4 mm</li><li>• Catálogo Agilent, Número de referencia 5062-3587 (es para un equipo ya adquirido)</li></ul>
3. Condiciones de entrega
Embalaje adecuado para protección del producto.
4. Vida útil
No corresponde.
5. Información a remitir junto con el producto o servicio
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre y dirección de la empresa que emite el certificado</li><li>• Descripción del material</li><li>• Uso probable</li><li>• Código y número de lote</li></ul>
6. Anexos
No aplica.
7. Muestreo
Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en 2.,3.,4. y 5.
8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo
El no cumplimiento de los requisitos establecidos generará el consiguiente rechazo del material.
9. Naturaleza de la revisión
Se agregó el largo.

Elaborado por:  
Laura Porto

Revisado por:  
---

2ª Revisión por:  
Marcelo Rodriguez

Aprobado por:  
Rita Caristo

Fecha: 28/08/2020

Fecha: ---

Fecha: 04/09/2020

Fecha: 04/09/2020