



Obras Sanitarias del Estado

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PRECOLUMNA PARA DETERMINACIÓN CROMATOGRÁFICA DE CLORITO/CLORATO

ET.EQ.337
Versión Vigente
Nº 01

Página 1 de 1

Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos para una precolumna para la determinación por cromatografía iónica de clorito/clorato.

2. Características a cumplir - Requisitos

Precolumna compatible con columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 7.
Compatible con el sistema "On Column Guard System".

Material: Peek.

Dimensión de columna: 5 x 4.0 mm.

Tamaño de partícula: 4.6 µm.

Material de soporte: Copolímero poliestireno/benceno divinílico con grupos de amonio cuaternario.

Que permita acoplamiento directo a la columna sin uso de herramientas para unir las.

Garantía mínima tres meses a partir de su puesta en uso.

3. Condiciones de entrega

En empaque necesario y suficiente para proteger el producto.

Lugar de entrega: Gerencia de Gestión de Laboratorios de OSE, Carlos Roxlo 1275 1°SS, Montevideo.

4. Vida útil

No aplica.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Nombre y dirección de la empresa que emite el certificado si corresponde.

Descripción del material.

Código y número de lote si corresponde.

Manual de uso.

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se verifica el 100% del material solicitado que debe cumplir los requisitos establecidos.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos establecidos genera el consiguiente rechazo.

9. Naturaleza de la revisión

No corresponde por ser primera versión.

Elaborado por:
A. Servetti

Revisado por:
M. Rodriguez

2ª Revisión por:

Aprobado por:
R. Caristo

Fecha: 21/04/2020

Fecha: 21/04/2020

Fecha: ---

Fecha: 22/04/2020