



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ET.EQ.350

Versión Vigente

Nº 01

Página 1 de 1

Obras Sanitarias del Estado

Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

VÁLVULA 6 VIAS PARA EL EQUIPO PURGA Y TRAMPA

1. Descripción del producto/servicio
La presente especificación establece los requisitos para la válvula de 6 vias para el equipo de Purga y Trampa (AtomX) del Área Orgánicos de la GGL-Laboratorio Central de OSE.
2. Características a cumplir - Requisitos
Válvula 6 vias para el AtomX tipo catálogo No. 15-0274-050
3. Condiciones de entrega
Embalaje adecuado para protección de los producto y correcta identificación de cada uno de ellos.
4. Vida útil
Garantía mínima de 6 meses a partir de su puesta en uso.
5. Información a remitir junto con el producto o servicio
No aplica
6. Anexos
No aplica
7. Muestreo
Se realizara el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.
8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo
Rechazar si no cumple con los requisitos solicitados.
9. Naturaleza de la revisión
No aplica es primera versión.

Elaborado por:

Laura Porto

Fecha: 23/6/2021

Revisado por:

Fecha:

2ª Revisión por:

Marcelo Rodriguez

Fecha: 23/06/2021

Aprobado por:

Rita Caristo

Fecha: 24/06/2021