



Obras Sanitarias del Estado

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONSUMIBLES PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS
EQUIPOS CROMATOGRAFOS GASEOSOS
Y DETECTORES DE MASAS.

ET.GE.70

Versión Vigente

Nº 08

Página 1 de 1

Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

1. Descripción del producto/servicio
La presente especificación establece los consumibles necesarios para el mantenimiento preventivo de los Cromatógrafos de Gases, los Detectores de Masas y detectores de micro Captura de Electrones del Área Orgánicos del Laboratorio Central-GGL de OSE.
2. Características a cumplir - Requisitos
<ul style="list-style-type: none">Filamento de alta temperatura para Fuente de Ionización por EI de GC/MS, tipo número de catalogo Agilent G7005-60061.Sello de oro y washer tipo número de catalogo Agilent 5188-5367.Trampa de venteo del Split (Split Vent Trap), tipo número de parte Agilent 5188-6495.Filtro vapores de aceite para la bomba mecánica, tipo número catalogo G1099-80039.O-ring liner, tipo número de parte Agilent 5188-5365Ferrule para adaptador de make up del uECD , tipo número de parte Agilent 5080-8774
3. Condiciones de entrega
Embalaje adecuado para protección del producto y la correcta identificación de cada uno de ellos.
4. Vida útil
No aplica
5. Información a remitir junto con el producto o servicio
No aplica
6. Anexos
No aplica
7. Muestreo
Se realizara el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.
8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo
Rechazar si no cumple con los requisitos solicitados.
9. Naturaleza de la revisión
Se actualizan los consumibles de acuerdo a las necesidades.

Elaborado por:

Laura Porto

Fecha: 4/8/2021

Revisado por:

Fecha:

2ª Revisión por:

Marcelo Rodríguez

Fecha: 4/8/2021

Aprobado por:

Rita Caristo

Fecha: 04/08/2021