



Obras Sanitarias del Estado

Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

1. Descripción del producto/servicio
La presente especificación establece los requisitos para el ácido sulfúrico que se utiliza en distintos métodos de ensayo y procedimientos técnicos en el Laboratorio Central.
2. Características a cumplir - Requisitos
Ácido sulfúrico 95,0-98,0%, para análisis; debe cumplir con los requerimientos para reactivos analíticos dictados por la American Chemical Society. La etiqueta debe indicar datos de su análisis como ser: análisis de trazas, número de lote y además información auxiliar para el manejo cuidadoso, uso y almacenaje.
3. Condiciones de entrega
Adecuada para la protección del producto.
4. Vida útil
Si corresponde debe estar indicada en la etiqueta y al momento de entrega en el Laboratorio debe poder usarse por lo menos por 2 años más.
5. Información a remitir junto con el producto o servicio
Debe entregarse con el material el certificado de análisis que conste: <ul style="list-style-type: none">- Nombre del producto.- Empresa fabricante y país de origen.- Número de lote y fecha de liberación del lote.- Parámetros testeados, especificaciones técnicas y resultados de análisis.- Fecha de vencimiento.- Fecha de emisión del certificado.- Firma responsable.
6. Anexos
No aplica.
7. Muestreo
Se aplica al 100% del material recibido.
8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo
El no cumplimiento de los requisitos 1 a 5 genera el rechazo del material.
9. Naturaleza de la revisión.
No aplica es primera versión.

Elaborado por:

Revisado por:

2ª Revisión por:

Aprobado por:

Pilar Bonilla

Julieta de Maio

Rita Caristo

Fecha: 26/05/09

Fecha: 26/05/09

Fecha:

Fecha: 04/06/09

H:\Laboratorio\LCUCC\Especificaciones\ET.RT.Reactivos\ET.RT.26 ácido sulfúrico.doc