1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos técnicos para los repuestos del cromatógrafo Thermo QC.PE.IC.02.

2. Características a cumplir - Requisitos

Nº parte	Descripción
55058	VIAL,KIT,10 mL,Polystirene-CAPS+SEPTA,PKG/100
63148	PROD,COL,IP,AS20,4X250mm.
63154	PROD,COL,IP,AG20,4X50mm
75970	Kit Mantenimiento Bomba
75974	Kit Sello rotor Válvula de Inyección 6p
75000	Kit Mantenimiento Autosampler
79054	Kit Sello rotor Válvula de Inyección 10p
61041	Kit Mantenimiento Bomba Auxiliar

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la protección del producto.

4. Vida útil

No aplica.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Debe entregarse con el material:

- Nombre del material, código y número de lote.
- Fecha de expiración en caso de corresponder.

Para el caso de repuesto código 63154 (columna), se debe presentar un certificado de análisis de fábrica que la identifique y especifique para cada componente los parámetros tiempo de retención, platos teóricos, asimetría y resolución. El mismo debe identificar nombre y firma del responsable que certifica.

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos detallados genera rechazo del material.

9. Naturaleza de la revisión

No aplica por ser primera versión.

IMPRESIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO GENERA COPIA NO SUJETA A ACTUALIZACIÓN