



Obras Sanitarias del Estado

Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

SUPLEMENTO SELECTIVO (Cicloserina) PARA MEDIO TSC

ET.RT.238

Versión Vigente

Nº 01

Página 1 de 1

1. Descripción del producto/servicio
Suplemento (CICLOSERINA) a ser adicionado al medio de cultivo TSC para la selección, aislamiento y determinación de clostridios sulfito-reductores.
2. Características a cumplir - Requisitos
La fórmula del reactivo debe ser: D-cicloserina 200.0 mg La presentación del reactivo debe ser un pellet liofilizado de color blanco en viales conteniendo 200 mg cada uno, cantidad necesaria para adicionar a 500 mL de medio TSC.
3. Condiciones de entrega
Entrega del producto en su embalaje original hermético, sin alteraciones o fallas. El producto debe presentar las características de apariencia descritas por el fabricante.
4. Vida útil
Dos años a partir de la fecha de entrega, como mínimo.
5. Información a remitir junto con el producto o servicio
Instructivo de preparación. Certificado de calidad.
6. Anexos
No aplica.
7. Muestreo
Al 100 % del material.
8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo
El producto debe cumplir con los requisitos especificados en los puntos 2, 3, 4 y 5.
9. Naturaleza de la revisión
No aplica, es primera versión.

Elaborado por:
L. Quagliotto

Revisado por:
R. Graña

Aprobado por:
R. Caristo

Fecha: 24/11/2021

Fecha: 26/11/2021

Fecha: 06/12/2021