

**Obras Sanitarias del Estado****Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)**

1. Descripción del producto/servicio
Placas de Petri de plástico, estériles.
2. Características a cumplir - Requisitos
Estériles, de material plástico de 55 mm de diámetro y volumen aproximado de 5 ml, en envases de 10 placas.
3. Condiciones de entrega
Embalaje adecuado para protección del producto.
4. Vida útil
Vencimiento no menor a 2 años al momento de la entrega.
5. Información a remitir junto con el producto o servicio
Fechas de vencimiento, número de lote y certificado de esterilidad.
6. Anexos
No aplica
7. Muestreo
Al 100% del material
8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo
Rechazar si no cumple con los requisitos solicitados 2,3,4 y 5.
9. Naturaleza de la revisión
No aplica, es primera versión.

Elaborado por:**Revisado por:****2ª Revisión por:****Aprobado por:**

P.Draper

Rodolfo Graña

Rita Caristo

Fecha: 29/04/09**Fecha:** 20/05/09**Fecha:****Fecha:** 21/05/09

H:\Laboratorio\LCUCC\Especificaciones\ET.MV.Material de vidrio p plastico\ET.MV.59 Placas petri.doc